T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C.
BİLECİK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Bozüyük Devlet Hastanesi

Sayı : 453
Konu : Mal / Hizmet Alımı

BOZÜYÜK
09/06/2021

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemiz birimlerinde kullanılmak üzere aşağıda cins ve miktarda malzemelerin temini işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22. maddesine göre yapılacaktır. Söz konusu ihtiyacın tarafınızca temini mümkün ise satın almasına esas olmak üzere yazılı teklifinizi 09/06/2021 tarih, saat 10:00'a kadar vermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Op. Dr. İlhan ZENCİRCİ
Başhekim

1. Teklifler yukarıda belirtilen tarih/saate kadar 0228 314 50 31 Nolu faxa ya da bozuyukdevlethastanesi@gmail.com mail adresine ya da satın alma birimine elden teslim yolu ile ulaştırılabilir.
2. Tekliflerde kazıntı,silinti olmadan kaşeli ve imzalı olarak gönderilecektir.
3. Tıbbi Malzeme alımlarında teklif edilen tüm ürünlerin SUT kodu/ UBB kodu gibi tanımlayıcı kodları eksiksiz olarak tekliflerde belirtilecektir.
4. Tıbbi malzeme alımlarında SUT kodu eşleştirmeleri SGK ve TİTUBB sistemlerinde yapılmış olmalıdır. Malzeme eşleştirmelerini yapmayan veya gerçeğe aykırı yapılması sonucu sağlık tesisinin uğrayacağı zarar ilgili firma tarafından karşılanır.
5. Tekliflerde Vergi No ve iletişim bilgileri açık ve okunaklı şekilde belirtilecektir.
6. Fiyat eşitliği durumunda temin süresi ve iş deneyim belgesi dikkate alınacaktır.
7. Teklif veren firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

TEL:0228 314 00 85 DAHİLİ 1333

S. NO	İŞ KALEMİNİN ADI VE KISA AÇIKLAMASI	MARKA	MİKTARI		TEKLİFİNİZ (KDV Hariç Birim Fiyat)	TOPLAM TUTARI
1	OKSİJEN MASKESİ REZERVUARLI (YETİŞKİN)		1.000	ADET		
2	ISI VE NEM TUTUCU.BAKTERİ FİLTRESİ YETİŞKİN		500	ADET		
3	DAMLA AYAR SETİ		1.000	ADET		
4	SAÇ YIKAMA HASTA BONESİ		200	ADET		
	Ek:Teknik Şartname		GENEL TOPLAM			

*Termin gün süresi belirtilmelidir.

FİRMA
İmza-Kaşe

REZERVUARLI OKSİJEN MASKESİ (yetişkin-pediatrik)

1. Şeffaf non toksik pvc den üretilmiş olmalıdır.
2. Standart bağlantı konnektörü olmalıdır.
3. Ayarlanabilir burun klipsi elastik baş şeridi olmalıdır.
4. Rezervuar torbalı olmalıdır.
5. Geri dönüşü engelleyen sübapı olmalıdır.
6. 200 cm(+- 10) uzunluğunda hortumu olmalıdır.
7. Tek kullanımlık olmalıdır.
8. Numune verilmelidir.

Mesut KOÇABAŞ
Taşınır Kay. Yet.

ISI VE NEM TUTUCU BAKTERİ FİLTRESİ YETİŞKİN TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Bakteri filtrasyonu, ısı ve nem stabilizasyonu sağlayan bir filtre olacaktır.
2. Bakteri ve viral etkenleri tutuş efektivitesi en az % 99.999 olmalıdır.
3. Tek tek paketlenmiş ve klinik olarak temiz olmalıdır.
4. Filtre şeffaf olacak ve membran izlenebilecektir.
5. Filtrenin ölü boşluğu 10 ml'den çok olmamalıdır.
6. Respiratöre ve devresine uygun olmalıdır.
7. Sağlık bakanlığı UBB de kayıtlı olmalıdır.
8. Teklif veren firmalar 2 adet numune vermelidir.
9. Paket üzerinde son kullanma tarihi ve uygulama talimatı ter almalı, raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

Mesut KOCABAŞ
Yet.
Tasnif Kayı

DAMLA AYAR SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tıbbi PVC'den yapılmış olmalı

2. Üzerinde damla ayarı miktarını gösteren bir akım kontrol ünitesi ile her iki ucundan çıkan serum hortumundan oluşmalı

3. Sıvının geçmiş olduğu hortumun iç çapı 2,3 mm;dış çapı 4 mm olmalı hasta ayağa kalktığında damar girişini olumsuz etkilemeyecek

ağırlıkta olmalı (20 gr±3)

4. Kullanımı ve kuruluşu kolay ve hastanın hareketi ile sıvı akışını engellemeyecek ağırlıkta olmalı

5. Saatte en az fö mİ ile 250 mİ arasında akım hızına sahip olmalı

6. Sıvı hız ayarı hassas ve sabit olmalı, ayarlanan miktarlarda sıvıyı göndermeli;bilinçsiz ve istemsiz müdahelelerden etkilenmemeli ve

güvenilir olmalı

7. Y enjeksiyon portu olmalı

8 Vidalı (luer lock) konnektörü bulunmalı

9. Toplam 45 cm uzunlukta, yumuşak olmalı, cilde temas ettiğir.oe tahriş etn jmeli, kolay kırılmamalı, çatlamamalı

10. Tekli steril paketlerde olmalı

11. Paketler üzerinde üretim ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı, raf ömrü depo teslimminden itibaren en az iki yıl olmalı

Mesut KOCABAŞ
Taşınır Kay. Yet.

SAÇ YIKAMA BONESİ ŞARTNAMESİ

1-) Kontaminayon Önleyici ve Antibacterial Olmalı

2-) Saç Yıkama Bonesi Saç Diplerinde İritasyona Sebebiyet Vermeden Günlük Temizliği ve Bakımı Yapabilmeli.

3-) Bonenin Dışı,Sıvının Dışarı Akmaması için Bariyer Özellikte Nonwoven Olmalı.

4-) Bone Tek Kullanımlık Poşetler Halinde Olmalı.

5-) Saç Yıkama Sıvısı Emdirilmiş Bone,Saçlara Uygulandıktan Sonra Çıkarıldığında Saçların Yeniden Yıkanıp Durulanmasına Gerek Kalmamalı.

6-) Bir Adet Bonedeki Islaklık Miktarı 150 +/-10 mİ Olmalı.

7-) İSO Standardı Belirtilen Kriterlere Göre Üretilmiş Olmalı.Üretici Firmanın İSO Kalite Belgesi Olmalı.

8-) Üretici Firmanın İSO 22716 GMP (Good Manifacturing Practices) Belgesi Olmalı.

9-) Ambalaj Malzemesi Ürünün Hijyenini ve Islaklığını Koruyucu Kalınlıkta ve Sızdırmazlîkta Olmalı.

1Û-) Üretici Firmanın (MSDS) Ürün Güvenlik Biigi Formu Olmalı ve.Kurııma Bu Belge Teklif Dosyası İle Birlikte Verilmelidir.Aksi Takdirde İhale Dışı Kalınacaktır.

11-) Üretici Firmanın T.C Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürlüğünden alınmış Biyosidal Ruhsatı Oimah.ve Kuruma Bu Belge Teklif Dosyası ile Birlikte Verilmelidir Aksi Takdirde İhale Dışı Kalınacaktır

12-) Ürünün Kullanımına ve Alımma Denendikten Sonra Karar Veilecektir.

Mesut KOCABAŞ
Taşınır Kay. Yet.